

## **Primer Teknik Şartnamesi**

1. HPLC saflığında olmalıdır.
2. Maksimum %5 deęişkenlik garanti edilmelidir.
3. Sentez skalası 200 nmol olmalıdır.
4. Her primer için ayrı kalite kontrol sertifikası olmalıdır.
5. Primerlerin kalite kontrolü yapılmış olarak teslim edilmelidir.
6. Primerler liyofilize olmalıdır.
7. Toplam baz miktarı ve diziler için laboatuvar ile iletişime geçilmelidir.
8. Primerler ithal ve Avrupa menşei olmalıdır. Yerli ya da başka menşei kabul edilmeyecektir.
9. Çalışmayan ürünlerin deęiştirilme garantisi verilmelidir.
10. Teklif öncesi laboratuvar ile görüşülecek ve teklif edilecek marka/ürün hakkında son kullanıcı onayı alınacaktır.
11. En geç 2 hafta içinde teslim edilmelidir.