

Hauptner Geniř Tamburlu Steteskop Teknik řartname

- Tambur apı 65 mm olmalıdır.
- ok hassas ses alma yetisine sahip olmalıdır.
- Patentli kauuk hortumlu olmalıdır.
- Avrupa menřeili olmalıdır.
- 1. sınıf kaliteli malzemeden yapılmıř olmalıdır.
- Tek lümenli dinleme anı olmalıdır.