

## **Ultravision Detection System Anti-Polyvalent Hrp Kit 125 Ml Kullanima Hazir 1250 Test Dab Kit Dahil Teknik Şartnamesi**

1. Üniversal kit, formalin-fikse parafin-gömülü dokularda Mikro Polymer yöntemiyle immünhistokimya çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
2. HRP Polymer özellikte olup, datasheet ile belgelenmelidir.
3. Kit içeriğinde; 60ml Hydrogen Peroxide Block, 60ml Protein Block, 60ml Primer Antibody Enhancer, 60ml HRP Polymer, 60ml DAB Plus Substrate ve 2 ml DAB Plus Chromogen bulunmalıdır.
4. Fare ve tavşandan türetilmiş primer antikorları tanımalı, aynı anda çalışma yapılabilmesi, tavşan antikorları için ayrı bir prosedüre gerek olmamalıdır.
5. Tüm solüsyonlar 60 ml'lik damlalıklı şişelerde bulunmalıdır.
6. Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
7. Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 20 ay kullanım süresi olmalıdır.
8. Saklama koşulları +2-8°C özellikte olmalıdır.
9. Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.
- 10 Kitin barkod numarası ulusal bilgi bankasında onaylı olmalıdır.

## **FNDC5 antibody 100ul Teknik Şartnamesi**

1. Kit içeriğinin tamamı kullanıma hazır bulunmalıdır,ekstraksiyon işlemine gerek duyulmamalıdır.
2. Tüm kutu içeriği -20 C' de saklanmalıdır.
3. Kit fare serum,plasma,idrar, Hücre kültürü supernatant, doku homojenatları ve dokular ve diğer biyolojik sıvılarda çalışmalıdır.
4. Orijinal ambalajında olmalı. Ambalaj üzerinde marka,katalog numarası,saklama koşulları,miadı ve lot numarası gibi bilgiler yer almalıdır.
5. Tedarik eden firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.
6. Kullanıcı hatası dışında nedenlerden dolayı kit çalışmadığı taktirde ihaleyi alan firma yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.
7. Çalışmalar sırasında gerekli olan tüm cihaz , sarf malzeme ve ekipman firma tarafından karşılanmalıdır.
8. Firmalar teknik şartnamenin her maddesine uymak zorundadır. Uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

### **PGC1a Antibody (D-5)200 µg/ml Teknik Şartnamesi**

1. Kit içeriğinin tamamı kullanıma hazır bulunmalıdır,ekstraksiyon işlemine gerek duyulmamalıdır.
2. Tüm kutu içeriği -20 C' de saklanmalıdır.
3. Kit fare serum,plasma,idrar, Hücre kültürü supernatant, doku homojenatları ve dokular ve diğer biyolojik sıvılarda çalışmalıdır.
4. Orijinal ambalajında olmalı. Ambalaj üzerinde marka,katalog numarası,saklama koşulları,miadı ve lot numarası gibi bilgiler yer almalıdır.
5. Tedarik eden firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.
6. Kullanıcı hatası dışında nedenlerden dolayı kit çalışmadığı taktirde ihaleyi alan firma yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.
7. Çalışmalar sırasında gerekli olan tüm cihaz , sarf malzeme ve ekipman firma tarafından karşılanmalıdır.
8. Firmalar teknik şartnamenin her maddesine uymak zorundadır. Uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

### **PPAR $\gamma$ Antibody (E-8)200 $\mu$ g/ml Teknik Şartnamesi**

1. Kit içeriğinin tamamı kullanıma hazır bulunmalıdır,ekstraksiyon işlemine gerek duyulmamalıdır.
2. Tüm kutu içeriği -20 C' de saklanmalıdır.
3. Kit fare serum,plasma,idrara, Hücre kültürü supernatant, doku homojenatları ve dokular ve diğer biyolojik sıvılarda çalışmalıdır.
4. Orijinal ambalajında olmalı. Ambalaj üzerinde marka,katalog numarası,saklama koşulları,miadı ve lot numarası gibi bilgiler yer almalıdır.
5. Tedarik eden firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.
6. Kullanıcı hatası dışında nedenlerden dolayı kit çalışmadığı takdirde ihaleyi alan firma yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.
7. Çalışmalar sırasında gerekli olan tüm cihaz , sarf malzeme ve ekipman firma tarafından karşılanmalıdır.
8. Firmalar teknik şartnamenin her maddesine uymak zorundadır. Uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

### **IRS-1 Antibody (E-12) HRP200 µg/ml Teknik Şartnamesi**

1. Kit içeriğinin tamamı kullanıma hazır bulunmalıdır,ekstraksiyon işlemine gerek duyulmamalıdır.
2. Tüm kutu içeriği -20 C' de saklanmalıdır.
3. Kit fare serum,plasma,idrar, Hücre kültürü supernatant, doku homojenatları ve dokular ve diğer biyolojik sıvılarda çalışmalıdır.
4. Orijinal ambalajında olmalı. Ambalaj üzerinde marka,katalog numarası,saklama koşulları,miadı ve lot numarası gibi bilgiler yer almalıdır.
5. Tedarik eden firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.
6. Kullanıcı hatası dışında nedenlerden dolayı kit çalışmadığı taktirde ihaleyi alan firma yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.
7. Çalışmalar sırasında gerekli olan tüm cihaz , sarf malzeme ve ekipman firma tarafından karşılanmalıdır.
8. Firmalar teknik şartnamenin her maddesine uymak zorundadır. Uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. En az 2 yıl miadlı olmalıdır.